



TC.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

27.05.2013

Sayı : 99858683/ 010.06.01/55489

Konu : ASM'de Bulundurulması Zorunlu
Defibrilatörün özellikleri

.....VALİLİĞİNE
(Halk Sağlık Müdürlüğü)

25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin "Aile sağlığı merkezinin teknik donanımı" başlıklı 24 üncü maddesi ile aile sağlığı merkezinde faal olarak bulundurulması zorunlu asgari tıbbi cihaz ve malzemeler düzenlenmiş olup "s" bendi ile defibrilatör bulundurulması zorunlu asgari tıbbi cihazlar kapsamına alınmıştır. Aile hekimliği birimi gruplandırmasına göre A ve B grubunda yer alan aile sağlığı merkezlerinde hâlihazırda bulunan defibrilatörlerin kullanımına devam edilmesi, yeni alınacak defibrilatörlerin ise sahada uygulama birlikteliğinin sağlanması açısından aşağıdaki özellikleri taşıması gerekli görülmüştür.

- 1) Otomatik Eksternal (AED) tipte veya manuel defibrilatör kullanılıyor ise otomatik eksternal özelliği olan tipte olmalıdır.
- 2) Kullanılan dalga formu açısından bifazik olmalıdır.
- 3) Pediatrik ve yetişkin pedleri veya kaşıkları olmalıdır.
- 4) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt işlemleri tamamlanarak belgelendirilmiş olmalıdır.

Ayrıca yeni alınacak defibrilatörlerin sunulan sağlık hizmetlerinde aksamaya mahal vermeden en kısa sürede temin edilmesinin sağlanması, temin edemeyenlerin en son 01.01.2014 tarihine kadar temin etmesi hususunda hassasiyetin gösterilmesi için;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Doç. Dr. Turan BUZGAN
Bakan a.
Kurum Başkanı

DAĞITIM:

Gereği:
81 İl Valiliğine